

Số: /QĐ-TTYT

Phù Mỹ, ngày tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức
Đấu thầu rộng rãi qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
Gói thầu: Mua máy xét nghiệm nước tiểu

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc Hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và Thông tư số 68/2022/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016;

Căn cứ Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-TTYT ngày 18/5/2023 của Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua máy xét nghiệm nước tiểu;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-TTYT ngày 19/5/2023 của Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Mua máy xét nghiệm nước tiểu;

Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 22/08/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 12/6/2023 giữa Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ và Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR);

Xét phiếu trình ngày 12/6/2023 của Tổ mua sắm và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 09/BCTĐ-TTĐ ngày 13/6/2023 của Tổ thẩm định Gói thầu: Mua máy xét nghiệm nước tiểu;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính kế toán, Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Gói thầu: Mua máy xét nghiệm nước tiểu, cụ thể như sau:

T T	Tên nhà thầu trúng thầu	Địa chỉ	Số lượng và đơn giá các mặt hàng trúng thầu	Tổng giá trị trúng thầu	
				Bảng số (đồng)	Bảng chữ
1	Công ty Cổ phần Dược-Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)	498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Gồm 01 mặt hàng (Phụ lục kèm theo)	74.970.000	Bảy mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng
Ghi chú: Chi phí thiết bị đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán, thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, lắp đặt chạy thử, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ.					

Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/9/2023.

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh của TTYT huyện Phù Mỹ.

Điều 2. Phòng Tài chính kế toán, Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế chịu trách nhiệm tham mưu trình Giám đốc xem xét và ký kết hợp đồng Gói thầu: Mua máy xét nghiệm nước tiểu, với nhà thầu trúng thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Phòng Tài chính kế toán, Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, nhà thầu trúng thầu tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Y tế Bình Định (Báo cáo);
- BHXH tỉnh Bình Định;
- Kho bạc Nhà nước Phù Mỹ;
- Lãnh đạo TTYT;
- Trang TTĐT trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ;
- Lưu: VT, TC-KT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thái Học

Phụ lục I

DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Gói thầu: Mua máy xét nghiệm nước tiểu

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-TTYT ngày /6/2023 của Giám đốc TTYT huyện Phù Mỹ)

TT	Mã kê khai	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Tính năng, chỉ tiêu kỹ thuật	Hồ sơ CBTCAD/TKHQ	Hãng, nước sản xuất	Chủng loại, Mã sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Đơn giá trúng thầu (VNĐ)	Thành tiền(VNĐ)
01	KKG-1043-00019	Máy xét nghiệm nước tiểu	Máy xét nghiệm nước tiểu CLINITEK STATUS+	Theo phụ lục 2	*Loại B, Số CB: 220000923/PCBB-BYT; Ngày cấp phép: 21/01/2022 *TKHQ số: 104614131200	Siemens Healthcare Diagnostics Inc;Hoa Kỳ	CLINITEK STATUS+ Analyzer; 10379676	Máy	02	37.485.000	74.970.000

Phụ lục II
DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU
Gói thầu: Mua máy xét nghiệm nước tiểu

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-TTYT ngày /6/2023 của Giám đốc TTYT huyện Phù Mỹ)

TT	Mã kê khai	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Tính năng, chỉ tiêu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá trúng thầu (VNĐ)	Thành tiền(VNĐ)
01	KKG-1043-00019	Máy xét nghiệm nước tiểu	Máy xét nghiệm nước tiểu CLINITEK STATUS+	Mã sản phẩm: 10379676 Chủng loại: CLINITEK STATUS+ Analyzer; Hãng, nước sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd; Vương quốc Anh. Hãng, nước chủ sở hữu: Siemens Healthcare Diagnostics Inc; Hoa Kỳ 1. Yêu cầu chung Máy mới 100% nguyên đai nguyên kiện. Năm sản xuất: 2022 Tiêu chuẩn chất lượng đạt EN ISO 13485:2016 Nguồn điện: 220V/50Hz 2. Cấu hình cung cấp Máy chính: 01 máy Khay chuyển test: 01 cái Vật tư tiêu hao chạy thử máy: 01 bộ 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt 3. Chỉ tiêu kỹ thuật Tốc độ xét nghiệm 60 test/giờ Các thông số đo được: Bilirubin, Glucose, Ketone, Leukocytes, nitrite, pH, Protein, SG, Urobilinogen, Blood Thiết bị đo được tỷ lệ Albumin/Creatinine (phát hiện biến chứng tổn thương thận), phát hiện hCG khi sử dụng loại que thử phù hợp. Màn hình: Cảm ứng hiển thị rộng Lưu trữ: Kết quả được lưu trữ vào máy tính cá nhân hoặc nối mạng với máy tính trung tâm qua kết nối cổng RS 232. Có máy in nhiệt đồng bộ tích hợp trên thân máy Phương pháp đo: Quang Có hiển thị thời gian đọc kết quả trên màn hình	Máy	02	37.485.000	74.970.000

			Buồng đọc kết quả kín trong khi đọc. Máy thiết kế có cửa sập khi thanh thử chui vào trong máy. Cài đặt các dữ liệu bệnh nhân, kỹ thuật viên và các thông tin khác thông qua nhập dữ liệu trực tiếp trên màn hình. Lựa chọn các thông số đo tùy theo loại que thử, đơn vị đo, đánh dấu kết quả bất thường. Cảnh báo: Hiện thị lỗi trên màn hình Test chuẩn được cố định sẵn trong thanh trượt. Tự động kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm của que thử trong buồng đọc (Auto Check) Có thể sử dụng 6 viên pin loại 1,5 V thay vì dùng điện nguồn trong trường hợp đi khám lưu động hoặc mất điện lưới. Bộ nhớ trong: 950 kết quả xét nghiệm và 700 ID của người làm xét nghiệm 4. Yêu cầu khác Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng Thời gian giao hàng: ≤ 25 ngày kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại đơn vị sử dụng thiết bị (Khoa Xét nghiệm và Khoa PKĐK Khu vực Bình Dương) Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng.				
--	--	--	--	--	--	--	--