

Phụ lục**DANH MỤC MẶT HÀNG****Gói thầu: Mua Test nhanh xét nghiệm SARS-COV-2 (MÃ 10.2021)**

(Kèm theo Thông báo số: /TB-TTYT ngày /9/2021 của TTYT huyện Phù Mỹ)

TT	Phân nhóm theo TT14/2020/T T-BYT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Quy cách kỹ thuật/dóng gói	Số văn bản ban hành kết quả phân loại	Hãng SX, nước SX	Tiêu chuẩn của nhà SX	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Nhóm 4	Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2		A-Quy cách : test - 01 Khay thử: - 01 Ống chiết mẫu nhỏ giọt: -01 Nắp bộ lọc: - 01 que lấy mẫu vô trùng - 01 Dung dịch chiết. B-Yêu cầu chất lượng: - Độ nhạy ≥ 93 % - Độ đặc hiệu $\geq 96\%$. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CFS, CE - Phiếu kiểm nghiệm. (COA) C- Khác: - Bảo quản ở nhiệt độ 5 ~ 25 ° C - Hướng dẫn sử dụng: 1 bộ. - GPNK/ PTN/TKHQ - Phân loại TTBYT. - Phân nhóm theo (TT14): 04				Test	1.360		
Tổng cộng: 01 mặt hàng											