

Phụ lục**DANH MỤC MẶT HÀNG****Gói thầu: Mua Test nhanh xét nghiệm SARS-COV-2 (MÃ 12.2021)**

(Kèm theo Thông báo số: /TB-TTYT ngày /9/2021 của TTYT huyện Phù Mỹ)

TT	Phân nhóm theo TT14/2020/T T-BYT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Quy cách kỹ thuật/đóng gói	Hãng SX, nước SX	Số ĐK/ GPNK	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Nhóm 4	Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2		A-Quy cách : test - 01 Khay thử: - 01 Ống chiết mẫu nhỏ giọt: - 01 Nắp bộ lọc: - 01 que lấy mẫu vô trùng - 01 Dung dịch chiết. B-Yêu cầu chất lượng: - Độ nhạy ≥ 93 % - Độ đặc hiệu $\geq 96\%$. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CFS, CE - Phiếu kiểm nghiệm. (COA) C- Khác: - Bảo quản ở nhiệt độ 5 ~ 25 ° C - Hướng dẫn sử dụng: 1 bộ. - GPNK/ PTN/TKHQ - Phân loại TTBYT. - Phân nhóm theo (TT14): 04			Test	1.500		
Tổng cộng: 01 mặt hàng										