

Số: / TTYT-DTBVT
V/v yêu cầu báo giá thiết bị y tế

Phù Mỹ, ngày tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Các nhà sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Phù Mỹ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Phù Mỹ

Địa chỉ: 644 Quang Trung, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế/Văn thư, Trung tâm Y tế Phù Mỹ.
Số điện thoại: 0256.3855.219.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế/Văn thư - Trung tâm Y tế Phù Mỹ;

Địa chỉ: 644 Quang Trung, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2026 đến trước 14 giờ ngày 06 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục đề nghị báo giá: Chi tiết tại phụ lục I kèm theo

2. Khi báo giá, đề nghị đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:

Giá hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), các chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan ... đến tận kho của Khoa Dược - Vật tư, Thiết bị y tế của Trung tâm Y tế Phù Mỹ.

3. Yêu cầu về báo giá

- Số lượng báo giá: 01 bản gốc

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng

Rất mong sự phối hợp của Quý Công ty/Doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo TTYT;
- Trang TTĐT của TTYT Phù Mỹ;
- Trang TTĐT Bộ KHĐT
(<https://muasamcong.mpi.gov.vn>);
- Lưu: VT, DTBVT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thái Học

Phụ lục I
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ

(Kèm Công văn số / TTYT-DTBVT ngày /6/2026 của TTYT Phù Mỹ)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Tủ đựng thuốc	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: 1300x450x1400 (mm) (Dài/rộng/cao) - Khoảng cách các tầng là (500 x 300 x 300 x 300)mm + Tầng 1 dưới cùng cao 500 mm có 2 cánh cửa và chốt khoá riêng + Tầng 2 cao 300 mm, kính dày 5mm + Tầng 3 cao 300 mm, có tạo dụt cấp bằng kính dày 5 mm, (kích thước vị trí dụt cấp 150 mm*150 mm) + Tầng 4 trên cùng cao 300 mm,(có ngăn Gây nghiền, Hướng thần làm bằng kính dày 5mm, có cửa kính và ổ khóa riêng) - Thân khung tủ được làm bằng inox hộp 40x40 (mm) - 02 Cửa tủ (từ tầng 2 đến tầng 4) được làm bằng kính dày 5mm, có ổ khóa riêng. - Hai bên hông các tầng và cửa được che bằng kính dày 5mm - Mỗi tầng đều có khung làm bằng inox hộp 10x10 (mm) để đỡ kính. - Mặt đáy được làm bằng inox tấm dày 0,8mm - Mặt đỉnh và mặt sau lưng làm bằng inox dày 0,6mm. - 4 bánh xe xoay đa chiều. (4 bánh có khóa) 	Cái	02
2	Nệm giường bệnh	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: (Dài x Rộng x Cao) 2.000x 860 x 90mm (±5%) - Lõi nệm: Polyurethane (PU foam) hoặc tương đương - Vỏ bọc nệm: Nhựa PVC (Polyvinyl Chloride) hoặc tương đương 	Cái	50
3	Bàn tiếp dụng cụ mổ	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304 - Kích thước:1000(D) x 600(R) x 800-1200(C)mm - Điều chỉnh độ cao bàn từ 800mm đến 1200mm bằng núm vặn - Di chuyển: Được trang bị 4 bánh xe (có chốt khóa chống trôi) giúp di chuyển êm ái, nhẹ nhàng trong phòng mổ. - Kết cấu: Khung ống inox vững chắc, bo tròn các góc cạnh an toàn, bề mặt xử lý chống lóa 	Cái	01
4	Xe tiêm thuốc	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304. Có 2 tầng, 2 ngăn kéo - Kích thước khung nằm: Dài 800mm x Rộng 500mm x Cao900mm - Khung xe bằng ống inox Ø 25.1mm, dày 0,8mm - Mặt tầng bằng inox tấm liền dày 0,8mm - Lan can 4 phía bằng inox Ø 12,7 mm 	Cái	04

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Có 2 vòng treo trên thân xe. - Có 04 bánh xe (02 bánh xe có khóa) 		
5	Xe vận chuyển đồ vải	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304 - Kích thước khoảng: 900(D) x 600(R) x 650(C)mm - Khung chính bằng inox ống Ø25x1.0mm - Các song dọc ống Ø16x0.7mm - Khung sàn bằng hộp 25x25x1.0mm - Sàn bằng inox tấm dày 1.0mm, thùng xe có vách ngăn đôi hàn cố định - Bốn xe bánh Ø120mm (2 bánh có khóa) - Tay nắm đẩy cao 900mm, tính từ mặt sàn xe(độ nghiêng dài 200mm) - Mặt trước xe thiết kế cánh cửa bằng bản lề chắc chắn. 	Cái	01
		Danh mục có 05 mặt hàng		

Phụ lục II
Mẫu báo giá

(Kèm theo Công văn số /TTYT-DTBVT ngày tháng năm 2026 của TTYT Phù Mỹ)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế Phù Mỹ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Phù Mỹ, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp thiết bị y tế

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại	Yêu cầu kỹ thuật	Ký, mã hiệu, model	Hãng sản xuất, Nước SX	Mã HS	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1										
2										
...										
Tổng cộng:										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày tháng năm[ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I-Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)