

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
TTYT HUYỆN PHÙ MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTYT-KD
V/v báo giá máy xét nghiệm nước
tiểu

Phù Mỹ, ngày tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-TTYT ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ về việc phê duyệt danh mục số lượng, phân nhóm, chỉ tiêu kỹ thuật trang thiết bị thuộc Gói thầu: Mua máy xét nghiệm nước tiểu.

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ kính đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn trong và ngoài tỉnh chào giá mặt hàng máy xét nghiệm nước tiểu (theo phụ lục đính kèm) để Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ có căn cứ xây dựng giá kế hoạch, thực hiện các bước tiếp theo của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan, cụ thể như sau:

1. Danh mục đề nghị báo giá: Chi tiết tại phụ lục kèm theo.

2. Khi báo giá, đề nghị các đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:

- Báo giá phải được ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu xác nhận của Công ty.

- Giá hàng hóa đã bao gồm: tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, thuế VAT và các chi phí khác có liên quan... đến tận kho của khoa Dược -Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ.

- Báo giá phải ghi rõ: Ngày báo giá, hiệu lực báo giá (trong vòng 90 ngày) kèm theo Cataloge

- Báo giá phải đầy đủ các thông tin :

TT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại	Quy cách kỹ thuật	Phân nhóm theo TT14/2020	Hãng SX, Nước SX	Đơn vị tính	Đơn giá	Giá kê khai	Mã kê khai
1									
	Tổng cộng:...khoản								

- Thời gian gửi báo giá về Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ: trước 17 giờ 00 phút ngày 05/02/2023.

3. Báo giá gửi về địa chỉ: Khoa dược - Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, 244 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; Số điện thoại: 0256.3755.323.

Rất mong sự phối hợp của Quý Công ty/Doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo TTYT;
- Trang TTĐT của TTYT huyện Phù Mỹ;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thái Học

Phụ lục

DANH MỤC HÀNG HÓA

Gói thầu: Gói thầu: Mua máy xét nghiệm nước tiểu

(Kèm Công văn số / TTYT-KD ngày /01/2023 của TTYT huyện Phù Mỹ)

TT	Phân nhóm theo TT14	Tên hàng hóa	Tính năng, Chỉ tiêu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	3	Máy xét nghiệm nước tiểu	<p>I. Yêu cầu chung:</p> <ol style="list-style-type: none">Máy mới 100% nguyên đai nguyên kiện.Năm sản xuất: từ năm 2022 trở về sau.Tiêu chuẩn chất lượng đạt ISO 13485/9001 hoặc tương đương.Nguồn điện: 220V/50Hz <p>II. Cấu hình cung cấp:</p> <ol style="list-style-type: none">Máy chính: 01 máyKhay chuyển test: 01 cáiVật tư tiêu hao chạy thử máy: 01 bộ01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt <p>III. Chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ol style="list-style-type: none">Tốc độ xét nghiệm 60 test/giờCác thông số đo được: Bilirubin, Glucose, Ketone, Leukocytes, nitrite, pH, Protein, SG, Urobilinogen, BloodThiết bị đo được tỷ lệ Albumin/Creatinine (phát hiện biến chứng tổn thương thận), phát hiện hCG khi sử dụng loại que thử phù hợpMàn hình: Cảm ứng hiển thị rộngLưu trữ: Kết quả được lưu trữ vào máy tính cá nhân hoặc nối mạng với máy tính trung tâm qua kết nối cổng RS 232.Có máy in nhiệt đồng bộ tích hợp trên thân máyPhương pháp đo: QuangCó hiển thị thời gian đọc kết quả trên màn hìnhBuồng đọc kết quả kín trong khi đọc. Máy thiết kế có cửa sập khi thanh thử chui vào trong máy.Cài đặt các dữ liệu bệnh nhân, kỹ thuật viên và các thông tin khác thông qua nhập dữ liệu trực tiếp trên màn hình.	Máy	01

		<p>11. Lựa chọn các thông số đo tùy theo loại que thử, đơn vị đo, đánh dấu kết quả bất thường.</p> <p>12. Cảnh báo: Hiển thị lỗi trên màn hình</p> <p>13. Test chuẩn được cố định sẵn trong thanh trượt.</p> <p>14. Tự động kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm của que thử trong buồng đọc (Auto Check)</p> <p>15. Có thể sử dụng 6 viên pin loại 1,5 V thay vì dùng điện nguồn trong trường hợp đi khám lưu động hoặc mất điện lưới.</p> <p>16. Bộ nhớ trong: 950 kết quả xét nghiệm và 700 ID của người làm xét nghiệm</p>		
--	--	--	--	--